

## **Kassationskriterier för hjärtklaffar**

Fenestrationer: Centrala fenestrationer exkluderar den aktuella klaffen. Commissurnära fenestrationer <3x2mm kan accepteras om klaffen är kompetent.

Atheromatos: Ulcererande plaque och grav atheromatos är kontraindikation. Förkalkade plaque i coronaravgångar, cuspnära och i aorta ascendens strax ovanför STJ är kontraindikation. Mjuka plaque accepteras.

Fibros i cuspbottnar: Accepteras om cusparna är fritt rörliga. Skall alltid anges i anmärkningar.

Bicuspid klaff: Kasserar såvida inte storleken är ovanlig.

Tetracuspid klaff: Kasserar såvida inte storleken är ovanlig.

Storlek: >30 mm pulmonalisklaffring på äldre donatorer kasserar.

Minimal längd på muskelkuff: 3 mm.

Muskelkuffens kvalitet bedömes. Vid dålig hållfasthet kasserar homograftet.

Skadad commissurtopp, kanten ovanför commissurtopparna skall vara mer än 1 mm.

Sinus Valsalvaaneurysm.

Förkalkningar i cusp.

Prolaps av cusp.